

Prüfbericht

Auftraggeber	:	MAKE Volker Hoffmann Ferchenbachstraße 15 80995 München
Auftragnehmer	:	TÜV Anlagentechnik GmbH Regionalbereich Mitte Kunststoffprüfstelle
Auftragsdatum	:	02.09.03
Auftragsnummer	:	322-230162
Bearbeiter	:	Dr. Hentschel / Ansorge
Prüfer	:	Futschek
Prüfgegenstand	:	Gleitmittel LUBExxx
Prüfzeitraum	:	03.09.03 – 18.09.03
Prüfdurchführung	:	Prüfung des Gleitmittels auf Natur-Kautschuk- Latex Verträglichkeit an Kondomen
Berichtsumfang	:	3 Seiten Text

Dieser Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung der Kunststoffprüfstelle der TÜV Anlagentechnik GmbH darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.



1 Probenherkunft

Probe Gleitmittel Marke

„LUBExxx“

der Fa. MAKE Volker Hoffmann wurde mit Schreiben vom 02.09.2003 der Prüfstelle übergeben.
Verwendete Kondome: handelsübliche unbeschichtete / beschichtete Kondome.

2 Prüfergebnisse

2.1 Technische Anforderungen:

Prüfgrundlage:

Prüfung der Anforderungen gem. NF S 97-034, Ausgabe April 1998,
DIN EN 600, Ausgabe Februar 1996, Abschn. 6

Anforderung gem. Abschn. 4.4 NF S 97-034 (Annahmekriterium):

Durchschnittswert der Berstdrücke an Kondomen mit Zusatzgleitmittel darf **nicht mehr als 20 %** unter dem Durchschnitt der Berstdrücke der unbehandelten Vergleichsproben liegen

verwendete Prüfkondome: unbeschichtete handelsübliche Kondome *)

*) aus Datenschutzgründen nicht näher benannt; bei Prüfstelle Identität hinterlegt

